

项目名称： 荆州市第一人民医院放疗中心联影直线加速器维保服务项目

项目编号： WHFN-2025-SHC036

论证工作人员签到表

一、论证成员签到表

序号	姓 名	职称(职务)	联系电话	签到时间	备 注
1	文 芳	副主任医师	18972165203		
2	孙先松	高工	15926531690		
3	杨 强	中工	13972151191	2025.12.23 下午3:00	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：文芳	
	职称：副主任护师	
	工作单位：荆州市第三人民医院	
项目信息	项目名称：荆州市第一人民医院放疗中心联影直线加速器维保服务项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	一、直线加速器的控制系统、加速管控制软件、多叶光栅(MLC)控制算法等均为原厂独有知识产权，其源代码、加密协议、软件密钥和硬件诊断工具、诊断接口不向第三方开放。 原厂为原厂专用，用于设备的深度故障诊断。关键备件有物理或电子锁码，只能由原厂提供和认证。 二、原厂维保能确保设备软件与医院现有 OIS、RPT 等系统无缝兼容与升级。 三、直线加速器为高风险医用医疗器械，其维修后以机械精度、辐射剂量输出稳定性直接关系到患者治疗效果与安全。由原厂维保能提供持续服务和合格证书，确保患者安全。 四、上海联影医疗科技股份有限公司于2020年3月12日	
专业人员签字	文芳	日期 2025年12月23日

向采购方提供声明函：设备售后服务的相关业务，仅对联影公司严格审核过的经销商授权且所有服务均由原厂工程师完成，所有备件均由原厂提供，不承担任何注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

第三方服务引起的设备风险，基于该设备技术上的独特性及风险控制的需要。

本项目“符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定（一）只能从唯一供应商处采购的情形，可以采用单一来源采购方式。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨琨
	职称：中收
	工作单位：荆州市自然资源和规划局不动产登记交易中心
项目信息	项目名称：荆州市第一人民医院放疗中心联影直线加速器维保服务项目
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	依据该设备制造商于2024年3月10日的声明书，该设备售后服务均由原厂工程师完成，所有备件均由原厂提供，任何第三方所仿的原服务和备件所引起的问题均与联影公司无关。该设备的直线加速器控制系统、加速器控制软件、多叶光栅控制算法等均为原厂专有知识产权，其源代码、加密协议、诊断接口等第三开发；关键零部件有物理防伪标识，只能由原厂提供和认证。并且原厂服务维修能确保设备软件与医院现有的OIS系统、IGRT系统等无缝兼容和升级。并且维修后要提交NMPA国际认证的检测报告和证书，确保设备性能完全符合原厂技术标准。 综上所述，该设备具有特殊性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，属于“只能从唯一供应商处采购的”服务项目，可以实行单一来源采购方式。
专业人员签字	杨琨 日期 2025年12月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：孙先松	
	职称：副教授	
	工作单位：长江大学	
项目信息	项目名称：荆州市第一人民医院放疗中心联影直线加速器维保服务项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	依据该设备供应商2024年3月12日提供的声明书： 该设备售后相关事务只能由原厂工程师完成，备件均由原厂提供。其他任何第三方的服务和备件所引起的设备风险均与联影公司无关。并且直线加速器的控制系统、加速器控制软件、多叶光栅(MLC)控制算法等均为原厂专有知识产权系统。其源代码、加密协议、诊断接口不向第三方开放。设备的深度故障诊断需要使用原厂专用的密码、软件密钥和硬件诊断工具。关键备件有物理或电子锁码，只能由原厂提供和认证。 综上所述，基于该设备技术上的独占性、知识产权保护以及风险控制的需要，项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，属于“只能从唯一供应商处采购的”条款，可以采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	孙先松	日期2025年12月23日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。