

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	荆州市第三人民医院
拟采购产品名称	血液透析机 3 台
拟采购产品金额	46.5 万元
采购项目所属项目名称	荆州市第三人民医院血液透析机采购项目
采购项目所属项目金额	46.5 万元

二、申请理由

☐1.中国境内无法获取：

☐2.无法以合理的商业条件获取：

☒3.其他。

原因阐述：

- 1、拟采购进口产品质量效率等方面优于国产品牌。
- 2、具有较高的安全性、控制精度及较低的故障率。
- 3、拟采购进口产品安全性能优越，进口机器技术成熟，性能可靠，具有不可替代性，故申请采购进口设备。
- 4、血液透析设备是集计算机、电子、机械、流体动力学、生物化学、光学、声学技术于一体的治疗设备，对安全、精度及稳定性要求较高，进口设备性能稳定、安全、精准，具有不可替代性。

三、专家论证意见

血液透析设备是集计算机、电子、机械、流体力学、生物化学、光学技术于一体的治疗设备，对安全、精度及稳定性要求较高。进口设备性能稳定、安全，具有较高的控制精度及较低的故障率。进口血液透析设备在质量、效率方面具有较大优势。

专家签字：谢文义、范利、何维、邓明、王

2021年9月2日